



SC CONPET SA
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



Nr. Înreg: 39331 / 10.10.2014.

Referinta: Clarificari solicitate la caietul de sarcini aferent procedurii „cumpărare directă” organizată de SC CONPET SA în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect „Furnizare, montaj și punere în funcțiune 1 buc. Baie de apă termostatăă cu răcire, inclusiv asigurarea instruirii personalului de operare al achizitorului”.

Ca urmare a clarificărilor solicitate la caietul de sarcini aferent procedurii „cumpărare directă” organizată de SC CONPET SA în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect „Furnizare, montaj și punere în funcțiune 1 buc. Baie de apă termostatăă cu răcire, inclusiv asigurarea instruirii personalului de operare al achizitorului” și postat pe pagina oficială de internet a Conpet (www.conpet.ro) împreună cu invitația de participare nr. 38702/07.10.2014, va comunicam urmatoarele:

Baie de termostatare

Intrebare: Va rugam precizati domeniul de temperatura deoarece celelalte specificatii cerute pot fi indeplinite de o baie de termostatare a carui domeniu de temperatura este ambient +100C. In cazul bailor cu racire nu este necesara echiparea cu orificiu de golire deoarece lichidul de termostatare nu este apa si un fluid termic care este recirculat cu ajutorul unei pompe interne. Acest fluid termic nu se goleste ci se completeaza cu cantitati mici atunci cind este necesar. Din descrierea destinatiei pentru echipament reiese ca aceasta baie va fi utilizata pentru termostatarea probelor in vederea continutului de apa – cf. SR ISO 9030 . Cf . standardului mentionat pentru acesta procedura nu este necesara racirea probelor si doar incalzirea , cu atat mai mult cu cat se doreste determinarea continutului de parafina . Precizez ca temperature de solidificare a parafinei este de 55-58 C.

Raspuns: Baie cu domeniu de temperature -30°C +100°C care poate fi utilizata la determinari conform SR ISO 9030 (cu support pentru fixarea fiolelor tip ASTM 100 ml, cod 362038) cat si pentru determinarea continutului de parafina din titei conform unei norme tehnice (N. Ioanesi M. Conrad), care nu are nici o legatura cu temperature de solidificare a parafinei. Baia poate avea acelasi agent pentru termostatare la 60 °C cat si pentru -30°C..

Mentionam ca oferta dumneavoastra va fi elaborata tinand cont de indicatiile precizate mai sus si ca restul cerintelor din caietul de sarcini si invitatia de participare raman neschimbate. Va multumim.

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR ȘI INVESTIȚIILOR



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
jr. Agripina Tîrcavu

SERVICIU ACHIZIȚII
Exp. AP Elena Matei

RASPUNS CLARIFICARI