

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

DIRECȚIA OPERAȚIUNI TRANSPORT
BIROUL INSPECȚIA CALITĂȚII

CAIET DE SARCINI

ofertă

BALANȚĂ ANALITICĂ

1. Obiectiv

Obiectivul acestui Caiet de Sarcini este de a furniza suficiente informații cu privire la serviciile ce urmează a fi prestate în scopul de a permite ofertanților să-și pregătească ofertele într-un mod eficient și precis pentru evaluarea echipamentului - **balanță analitică**.

Oferta tehnică va fi prezentată în oglindă, specificații cerute – specificații oferite.

2. Destinația

Balanța analitică este utilizată de către personalul din laborator pentru efectuare cântăriri precise în vederea obținerii de rezultate repetabile la aplicarea metodelor de lucru definite.

Cantitatea ofertată: 1 bucată

3. Caracteristici generale

- Rezultate precise

- Celula de cântărire MonoBloc
- Protecție la supraîncărcare
- Calibrare internă FACT
- Funcție de atenționare MinWeigh
- Carcasa metalică în partea inferioară

- Operare eficientă

- Ecran tactil color 4.5 "
- Funcție LevelControl
- Analize statistice
- Curățare ușoară datorită funcției QuickLock

- Asigurarea calității

- ISO Log
- Introducere ID probă
- Protecție parolă

4. Caracteristici tehnice:

Valori limită

Capacitate maximă	220
Precizie	0.1 mg
Repetabilitate (la încărcare nominală)	0.1 mg
Liniaritate (greutate test)	0.2 mg (50 g)
Calibrare internă	Da

Valori tipice

Repetabilitate (sd)	0.08 mg
Deviația linearității	0.06 mg
Deviația excentrică (conf. OIML R76)	0.12 mg (100 g)
Abaterea senzitivității (greutate test)	0.24 mg (200 g)
Masa minimă cântărită (conf. USP)	120 mg
Masa minimă (U=1% , k=2)	12 mg
Tehnologia de cântărire	MonoBloc
Timp de stabilizare	2 s
Dimensiuni platan (mm)	Ø 90

5. Detalii de logistică și destinația livrării

Furnizorul are următoarele obligații:

- să asigure transportul echipamentelor până în locația beneficiarului, Sediul II CONPET S.A. Ploiești, Str. Rezervoarelor nr.8;
- echipamentele vor fi livrate în ambalajul prezentat în ofertă;
- să asigure punerea în funcțiune (probe și verificări) a echipamentelor în locația de destinație.

6. Cerințe de documentație

Documentele ce vor însoți echipamentul sunt:

- a) Buletin de verificare metrologică
- b) Manual de operare și întreținere în engleză și tradus în limba română
- c) Certificat de garanție
- d) Certificat de conformitate
- e) Certificare CE

7. Transferul de instruire și cunoștințe

Furnizorul are obligația să asigure instruirea personalului desemnat din laborator în vederea operării echipamentului.

8. Criterii de recepție

Echipamentul va fi considerat recepționat astfel:

- prin inspecție fizică a echipamentului livrat în locațiile beneficiarului și de către beneficiar și
- prin efectuarea probelor și verificărilor, astfel:
 - a) cele obligatorii prezentate în Certificatul de Garanție, Certificatul de Conformitate și Manualul de Utilizare
 - b) verificarea performanțelor conform specificațiilor de la **punctul 4** la punerea în funcțiune la beneficiar.

9. Perioada de garanție

Furnizorul este obligat să prezinte dovada că este autorizat de către producător pentru asigurare service aparat.

Perioada de garanție va fi de 24 luni de la punerea în funcțiune a echipamentului.

În perioada de garanție, toate costurile legate de remedierea defecțiunilor cad în sarcina furnizorului (diagnosticarea, costurile de asigurare, manopera pentru reparare, etc.).

Toate defecțiunile apărute în perioada de garanție vor fi remediate pe cheltuiala proprie de furnizor, în termen de maxim 48 de ore lucrătoare de la încheierea procesului verbal de constatare.

Constatarea se va face în termen de max. 24 de ore de la anunțarea defecțiunii.

În cazul în care aparatul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, aceasta se va face la sediul furnizorului. În această situație cheltuielile de transport și asistența tehnică vor fi suportate de furnizor. Termenul maxim de reparare este de 10 zile calendaristice din momentul ridicării aparatului de la beneficiar.

Dacă durata remedierii defecțiunii depășește termenul amintit, echipamentul defect se va înlocui temporar cu unul similar, pe cheltuiala furnizorului.

Furnizorul va asigura service post-garanție contra cost. Firma producătoare va asigura piese de schimb și consumabile pe o perioadă de 10 ani.

Avizat,
DIRECTOR OPERAȚIUNI TRANSPORT,
ING. NARCIS STOICA



Întocmit,
ȘEF BIROU INSPECȚIA CALITĂȚII
ING. BLEBEA LILIANA

