

Vizat,
Șef Departament Dezvoltare Mentenanță
Ing. Dan Buzatu

CAIET DE SARCINI

CUTIE CU REZISTENTE VARIABLE

Obiectul : Cutie cu rezistente variabile, necesară pentru operațiile de verificare și calibrare a traductoarelor de temperatura din instalațiile tehnologice aflate în teren.

Destinația produsului: Dotarea Formației AMC cu o cutie de rezistente variabile pentru operațiile de verificare și calibrare a traductoarelor de temperatura, asigură continuitatea funcționării sistemului de măsură și monitorizare.

Furnizor : Orice producator care asigura caracteristicile tehnice

Caracteristicile tehnice ale produsului: Cutie cu rezistente variabile cu următoarele caracteristici tehnice:

- Numar decade : 6 (fiecare setabila de la 0 la 11)
- Domeniu reglabil: 10 mΩ - 10kΩ;
- Curent: 3A (domeniu 10mΩ); 2A (domeniul 100mΩ);
600Ma (domeniul 1Ω); 200 mA(domeniul 10Ω);
60 mA(domeniul 100Ω); 20 Ma(domeniul 1K).
- Rezolutie 6 digiti,
- Precizie 0,01%
- Stabilitate < 20ppm/an.
- Livrare: aparat

Documente de receptie la primire

- Certificat de garanție
- Declarație de conformitate
- Instrucțiuni de utilizare în limba română

Cantitate: 1 bucată.

Observații:

Șef Serviciu Automatizări,
Ing. Cosmin Dumitran

Șef Birou Metrologie
Ing. Cristina Savu