

Nr. înreg.: 37147/20.11.2020

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractelor de furnizare pompe de comparare și accesorii – 2 buc. (LOT 1), furnizare calibrator automat de presiune și senzori – 2 buc. (LOT 2), furnizare comunicator portabil de presiune și temperatură pe construcție antiexp DHH 805 A HART – 1 buc. (LOT 3) și furnizare cutie cu rezistențe variabile - 1 buc. (LOT 4)

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Pentru lotul 3: Modelul DHH805A cu Certificare pentru functionare in zona cu pericol de explozie a fost scos din productie.

Versiunea actuala DHH805G nu are certificare ATEX si nici nu se intentioneaza intr-un viitor apropiat re-certificarea acestuia.

In aceasta situatie, va rugam sa precizati daca acceptati oferta pentru versiunea noua, dar fara certificare ATEX.

Răspuns: Deoarece activitatea formatiei AMC se desfasoara in mediu cu pericol de explozie si in incinta rafinariilor este necesar ca acest tip de comunicator HART sa fie certificat ATEX.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU