S.C.Ellis'92 SRL Ploiesti	SPECIFICATIE DE PROIECT	Nr. A646-SP-TB
	TERMOMETRU	PAG. 1 DIN 1

REV	DATA	INTOCMIT	VERIFICAT	APROBAT
0	06.2018	S.B	R.N	A.I.

CONTRACT NR: BENEFICIAR: CONPET S.A. PLOIESTI
DENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUCTIE REZERVOARE PENTRU TITEI (V=2500 mc)MORENI DAMBOVITA

REV	DATA	DE	SEMNAT	REV	DATA	DE	SEMNAT
1				4			
2				5			
3				6			

–GENERALITATI–

1 **PRODUCATOR:** NOTA 1
2 **TIP:** _____ VEZI MAI JOS ☒
3 **MODEL:** BIMETALIC ☒ TERMOMANOMETRIC ☐
4 **MONTARE:** APARENT ☐ LOCAL ☒ INGROPAT ☐
5 **DIAM. CORP:** ø 34mm ☒ SAU _____
6 **MAT. CORP:** FONTA ☐ ALUMINIU ☒
SAU OTEL _____
7 **MODEL CORP:** ETANS ☒ FILETAT ☐
CAPAC FIXAT PRIN PRESARE ☐
SAU _____
8 **FORMA:** DREPT ☒ IN UNGHI ☐
FIX ☐ AJUSTABIL ☐



9 **DESTINATIE:** UZ GENERAL ☐
RECIPIENTI SI CONDUCTE SUB PRESIUNE ☒
INDUSTRIA ALIMENTARA ☐
INDUSTRIA CAUCIUCULUI ☐

–TEACA–

9 **CONSTRUCTIE:** CONICA ☐ **DREAPTA** ☒
SAU _____
10 **PRELUNGIREA "T":** FARA ☒ VEZI MAI JOS ☐
11 **IMERSIA "U" (LUNG, TECII DE SUB FILET/FLANSE PANA LA CAP LIBER)** VEZI MAI JOS ☒
12 **"L" (LUNGIMEA TIJEI TERMOMETRULUI DE SUB HEXAGON PANA LA CAP TIJA)** VEZI MAI JOS ☒

REV.	CANTITATE	SIMBOL	TIP	SCALA °C 0÷	TEMP. LUCRU °C	TEACA DE PROTECTIE MAT.	TEACA DE PROTECTIE RACORD NOTA 2	DN CONDUCTA	"T" mm	"U" mm	"L" mm	DESTINATIA	DETALIU DE MONTAJ	NOTE
0	2	TB	TMB	250	~20	inox	DN 25 PN 40	–		325	350	LA BAZA REZERVORULUI **Ax:+1.50m**		

1.TERMOMETRUL TREBUIE SA CORESPUNDA NORMEI: Clasa de precizie: 2 ☐ SAU _____
2.MONTAJUL: prin filetare in teaca de protectie cu flansa 01B DN25 PN40 SR ISO 7005-1:2000 ☐ SAU _____
3.TERMOMETRE CONFORM SP NR. _____
I=AISI 316 S.S. OTEL INOXIDABIL M=MONEL

NOTE: 1. PRODUCATORI RECOMANDATI: a.DRESSER/ASHCROFT; b.BOURDON; c.HERION; d.DWYER; e.AMPLO

2. FLANSE DUPA SR ISO SAU DIN, ETANSARE TIP "B"(PU) SAU FORM "C"

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA SOCIETATII ELLIS'92 S.R.L.–PLOIESTI. IN CONSECINTA, FIRMA ARE DREPTUL EXCLUSIV DE FOLOSIRE A DESENULUI SAU DE OPERARE A EVENTUALELOR MODIFICARI DIN CAMPUL ACESTUIA.