

Nr. inreg.: 31824/29.07.2025

Referință: Achiziție directă, organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect "Furnizare a 2 (două) bucăți centrifugă de laborator cu încălzire".

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la invitația de participare publicată pentru achiziție directă mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebare: În legatura cu capitolul 3.1 „Specificatii tehnice”, reperul: “panou de informare parametri lucru”, va rugăm să ne transmiteți clarificări suplimentare privind această cerință. În mod particular, am aprecia dacă ați putea preciza la ce tip de panou faceți referire, ce tipuri de parametri ar trebui afișați și în ce context operational este prevăzută utilizarea acestuia.

Răspuns: Tip panou – touchscreen, parametri afișați – temperatură, timp de funcționare, viteza de centrifugare, context operational – acest panou este util pentru monitorizarea derulării procesului de centrifugare.

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Ioana ANDREI